

Précision d'une micropipette de 1000 µL

Volume pipeté $\bar{V}$	100 µL	200 µL	300 µL	400 µL	500 µL	600 µL	700 µL	800 µL	900 µL	1000 µL
Précision $\frac{S_V}{\bar{V}}$	0,1	0,08	0,06	0,04	0,02	0,018	0,016	0,014	0,012	0,010