

Tableaux des résultats (2024)

	Standard 1	Standard 2	Standard 3	Standard 4	Standard 5	Standard 3 QC	Echantillon
	C (mg/L)	C (mg/L)	C (mg/L)	C (mg/L)	C (mg/L)	C (mg/L)	C (mg/L)
	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	6,00	?
	[Aire]	[Aire]	[Aire]	[Aire]	[Aire]	[Aire]	[Aire]
a	0,2694	0,5202	0,7780	1,0105	1,2285	0,7811	0,8302
b	0,2714	0,5227	0,7867	1,0118	1,21	0,7823	0,8877
c	0,2648	0,5269	0,7771	1,005	1,2171	0,7784	0,8163
Moyenne	0,2685	0,5233	0,7806	1,0091	1,2185	0,7806	0,8447
Ecart type	0,0034	0,0034	0,0053	0,0036	0,0093	0,0020	0,0379
Ecart type %	1,26	0,65	0,68	0,36	0,77	0,26	4,48